

**附表一 申請寄存生物材料所用之容器規格**

(一) 冷凍乾燥管

以單層或雙層玻璃管方式，長度10公分以下，直徑1.6公分以下。

(二) 冷凍管

以旋蓋方式並為抗冷凍之材質，高度在4至5公分間，口徑1.1公分以下。

(三) 試管

長度在8至16.5公分間，口徑在1.0至1.6公分間。